

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成22年7月分)

No	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H23.7.31現在)
1	H22.7.6	ゲルマニウム半導体波高分析装置検出器の結露に伴う一時的な動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
2	H22.7.15	ゲルマニウム半導体波高分析装置の解析用パソコンの動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。